



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-004454-25-8

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-004454-25-8

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por DANIEL GONZÁLEZ S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2574-15

Nombre descriptivo: Arco en C digital móvil

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
18-430 – Sistemas Radiográficos, Digitales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Perlove Medical

Modelos:
PLX112B
PLX118F

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Arco en C diseñado para uso en aplicaciones de radiología diagnóstica. Proporciona fluoroscopia intraoperatoria durante la cirugía, principalmente en ortopedia/traumatología, pero también en cirugía general, tratamiento del dolor, urología, ginecología, cirugía plástica en ámbitos del servicio de urgencias, quirófano y unidad del dolor.

Período de vida útil: 10 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: N/A

Nombre del fabricante:

Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.

Lugar de elaboración:

No. 97 and No. 99 Wangxi Road, Jiangning District, Nanjing, 211100, Jiangsu, P.R. China

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 2574-15 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-004454-25-8

Nº Identificadorio Trámite: 68995

AM