



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-000723-25-1

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Nº 1-0047-3110-000723-25-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por FIORINO EQUIPAMIENTOS SRL ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1236-108

Nombre descriptivo: REGULADOR DE OXÍGENO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
13-323 Reguladores de gas de alta presión

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): YUWELL

Modelos:
1010 , 1030

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

La finalidad de este producto es suministrar a un paciente oxígeno gaseoso a través de una cánula u otro accesorio, partiendo de un cilindro con oxígeno a alta presión.

Período de vida útil: 10 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/C

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: N/C

Nombre del fabricante:

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.

Lugar de elaboración:

YUNYANG INDUSTRIAL PARK DANYANG CITY, JIANGSU, Jiangsu CHINA 212300

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1236-108 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-000723-25-1

Nº Identificador Trámite: 64331

AM