



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-004547-25-1

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-004547-25-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 64/25, y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca MAQUET nombre descriptivo Sistema endoscópico de extracción de vasos y nombre técnico Retractores, para Vasos , de acuerdo con lo solicitado por ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2025-127680066-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1018-50 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1018-50

Nombre descriptivo: Sistema endoscópico de extracción de vasos

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
13-393 Retractores, para Vasos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MAQUET

Modelos:

VH-4000, Sistema endoscópico de extracción de vasos Vasoview HemoPro 2

VH-4001, Sistema endoscópico de extracción de vasos Vasoview HemoPro 2

Accesorios:

VH-2004, Kit accesorio para sistema endoscópico de extracción de vasos Vasoview

VH-1111, Endoscopio de 7mm de longitud extendida

VH-4020, Cable adaptador Vasoview Hemopro 2

VH-4030, Cable de extensión Vasoview Hemopro 2

VH-3010, Fuente de alimentación Vasoview Hemopro

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El sistema endoscópico de extracción de vasos Vasoview HemoPro 2 está destinado a la disección, coagulación y obtención endoscópicas de la vena safena o la arteria radial, cuando se pretende realizar una cirugía mínimamente invasiva.

Período de vida útil: 2 años, VH-4000, VH-4001, VH-2004

No estéril, VH-1111, VH-4020, VH-4030, VH-3010

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: -

Forma de presentación: Unitaria, 5 Unidades

Método de esterilización: Radiación Gamma, VH-4000, VH-4001, VH-2004

No estéril, VH-1111, VH-4020, VH-4030, VH-3010

Nombre del fabricante:

MAQUET Cardiovascular, LLC

Lugar de elaboración:

45 Barbour Pond Drive, Wayne, 07470 Nueva Jersey, EE.UU.

1-0047-3110-004547-25-1

Nº Identificadorio Trámite: 69087

AM

