



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-001342-22-6

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-001342-22-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Corpomedica S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 64/25, y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Spineart nombre descriptivo Sistema de fijación vertebral Cervical y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral , de acuerdo con lo solicitado por Corpomedica S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento GEDO N° IF-2025-131233213-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 136-283 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscribáse en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 136-283

Nombre descriptivo: Sistema de fijación vertebral Cervical

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-766 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Spineart

Modelos:

TRY-CL 12 05-S Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 05

TRY-CL 12 06-S Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 06

TRY-CL 12 07-S Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 07

TRY-CL 12 08-S Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 08
TRY-CL 12 09-S Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 09
TRY-CL 12 10-S Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 10
TRY-CL 12 11-S Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 11
TRY-CL 12 12-S Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 12
TRY-CL 14 05-S Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 05
TRY-CL 14 06-S Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 06
TRY-CL 14 07-S Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 07
TRY-CL 14 08-S Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 08
TRY-CL 14 09-S Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 09
TRY-CL 14 10-S Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 10
TRY-CL 14 11-S Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 11
TRY-CL 14 12-S Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 12
TRY-CL 12 05-N Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 05
TRY-CL 12 06-N Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 06
TRY-CL 12 07-N Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 07
TRY-CL 12 08-N Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 08
TRY-CL 12 09-N Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 09
TRY-CL 12 10-N Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 10
TRY-CL 12 11-N Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 11
TRY-CL 12 12-N Jaula Cervical/ lordótica D12 Alt. 12
TRY-CL 14 05-N Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 05
TRY-CL 14 06-N Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 06
TRY-CL 14 07-N Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 07
TRY-CL 14 08-N Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 08
TRY-CL 14 09-N Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 09
TRY-CL 14 10-N Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 10
TRY-CL 14 11-N Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 11
TRY-CL 14 12-N Jaula Cervical/ lordótica D14 Alt. 12
TRY-AC 12 05-S Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 05
TRY-AC 12 06-S Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 06
TRY-AC 12 07-S Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 07
TRY-AC 12 08-S Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 08
TRY-AC 12 09-S Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt.09
TRY-AC 12 10-S Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 10
TRY-AC 12 11-S Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 11
TRY-AC 12 12-S Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 12
TRY-AC 14 05-S Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 05
TRY-AC 14 06-S Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 06
TRY-AC 14 07-S Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 07
TRY-AC 14 08-S Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 08
TRY-AC 14 09-S Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 09
TRY-AC 14 10-S Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 10
TRY-AC 14 11-S Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 11
TRY-AC 14 12-S Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 12
TRY-AC 12 05-N Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 05

TRY-AC 12 06-N Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 06
TRY-AC 12 07-N Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 07
TRY-AC 12 08-N Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 08
TRY-AC 12 09-N Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 09
TRY-AC 12 10-N Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 10
TRY-AC 12 11-N Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 11
TRY-AC 12 12-N Jaula Cervical/ Convexa D12 Alt. 12
TRY-AC 14 05-N Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 05
TRY-AC 14 06-N Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 06
TRY-AC 14 07-N Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 07
TRY-AC 14 08-N Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 08
TRY-AC 14 09-N Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 09
TRY-AC 14 10-N Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 10
TRY-AC 14 11-N Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 11
TRY-AC 14 12-N Jaula Cervical/ Convexa D14 Alt. 12
TRY-PS 40 12-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4 L12
TRY-PS 40 14-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4 L14
TRY-PS 40 16-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4 L16
TRY-PS 40 18-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4 L18
TRY-PS 40 20-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4 L20
TRY-PS 40 22-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4 L22
TRY-PS 45 12-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4.5 L12
TRY-PS 45 14-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4.5 L14
TRY-PS 45 16-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4.5 L16
TRY-PS 45 18-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4.5 L18
TRY-PS 45 20-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4.5 L20
TRY-PS 45 22-S Tornillo autorroscante, poliaxial, Ø4.5 L22
TRY-PD 40 12-S Tornillo autoperforante, poliaxial, Ø4 L12
TRY-PD 40 14-S Tornillo autoperforante, poliaxial, Ø4 L14
TRY-PD 40 16-S Tornillo autoperforante, poliaxial, Ø4 L16
TRY-PD 40 18-S Tornillo autoperforante, poliaxial, Ø4 L18
TRY-PD 45 12-S Tornillo autoperforante, poliaxial, Ø4.5 L12
TRY-PD 45 14-S Tornillo autoperforante, poliaxial, Ø4.5 L14
TRY-PD 45 16-S Tornillo autoperforante, poliaxial, Ø4.5 L16
TRY-PD 45 18-S Tornillo autoperforante, poliaxial, Ø4.5 L18
TRY-CP 04 20-S Placa, 20mm, nivel 1.
TRY-CP 04 22-S Placa, 22mm, nivel 1.
TRY-CP 04 24-S Placa, 24mm, nivel 1.
TRY-CP 04 26-S Placa, 26mm, nivel 1.
TRY-CP 04 28-S Placa, 28mm, nivel 1.
TRY-CP 04 30-S Placa, 30mm, nivel 1.
TRY-CP 06 30-S Placa, 30mm, nivel 2.
TRY-CP 06 32-S Placa, 32mm, nivel 2.
TRY-CP 06 34-S Placa, 34mm, nivel 2.
TRY-CP 06 36-S Placa, 36mm, nivel 2.
TRY-CP 06 38-S Placa, 38mm, nivel 2.

TRY-CP 06 40-S Placa, 40mm, nivel 2.
TRY-CP 06 43-S Placa, 43mm, nivel 2.
TRY-CP 06 46-S Placa, 46mm, nivel 2.
TRY-CP 06 49-S Placa, 49mm, nivel 2.
TRY-CP 06 52-S Placa, 52mm, nivel 2.
TRY-CP 08 49-S Placa, 49mm, nivel 3.
TRY-CP 08 52-S Placa, 52mm, nivel 3.
TRY-CP 08 55-S Placa, 55mm, nivel 3.
TRY-CP 08 58-S Placa, 58mm, nivel 3.
TRY-CP 08 61-S Placa, 61mm, nivel 3.
TRY-CP 08 64-S Placa, 64mm, nivel 3.
TRY-CP 08 68-S Placa, 68mm, nivel 3.
TRY-CP 08 72-S Placa, 72mm, nivel 3.
TRY-CP 10 64-S Placa, 64mm, nivel 4.
TRY-CP 10 68-S Placa, 68mm, nivel 4.
TRY-CP 10 72-S Placa, 72mm, nivel 4.
TRY-CP 10 76-S Placa, 76 mm, nivel 4.
TRY-CP 10 80-S Placa, 80mm, nivel 4.
TRY-CP 10 84-S Placa. 84mm, nivel 4.
TRY-CP 10 88-S Placa, 88mm, nivel 4.
TRY-CP 10 92-S Placa, 92mm, nivel 4.
Instrumental asociado.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El sistema de placa cervical anterior TRYPTIK®2 C-PLATE está diseñado para su uso durante la discectomía cervical anterior con fusión, entre C2 y C7, y hasta 4 niveles consecutivos en pacientes esqueléticamente maduros. Está indicado para el tratamiento quirúrgico de:

- Radiculopatía y / o mielopatía, secundaria a enfermedad degenerativa del disco cervical y / o espondilosis, y para pacientes que son resistentes al tratamiento conservador;
- Traumatología

Período de vida útil: 8 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: n/a

Forma de presentación: Placas y jaulas: Por unidad

Tornillos: por unidad y 2 unidades por paquete

Método de esterilización: Rayos gamma

Nombre del fabricante:

SPINEART SA

Lugar de elaboración:

Chemin du Pré Fleuri 3, 1228 Plan-les-Outes, Suiza

1-0047-3110-001342-22-6

N° Identificatorio Trámite: 37520

AM