



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 696-502#0003

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Barraca Acher Argentina SRL, se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 696-502 aprobado según:

Disposición autorizante N° 2087/11 de fecha 23 marzo 2011

Disposiciones modificatorias y reválidas N°: 6099/16 y DJ N° 696-502#0001

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Nombre del fabricante	Wilson-Cook Medical Inc.	1) Wilson-Cook Medical Inc. 2) Cook endoscopy
Lugar de elaboración	4900 Bethania Station Road, Winston-Salem NC 27105, EEUU.	1) 4900 Bethania Station Road, Winston-Salem NC 27105, EEUU. 2) 4900 BETHANIA STATION RD. & 5951 GRASSY CREEK BLVD. Winston Salem, NC 27105, EEUU.

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Papilótomos de cuchilla de aguja

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-625 - Papilótomos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Cook

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Los papilótomos se indican generalmente para el acceso al conducto



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificador Trámite: 76149



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494

Firmado digitalmente por: TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 13.10.2026 16:44:06