



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

En nombre y representación de la firma Becton Dickinson Argentina S.R.L., declaramos bajo juramento, en los términos previstos por la Disposición ANMAT N° 2198/22, que los Productos Médicos para Diagnóstico de Uso In-Vitro cuyos datos identificatorios y demás características se detallan a continuación, CUMPLEN los requisitos técnicos previstos en el Anexo I de la Disposición ANMAT N° 2674/99 , conservándose la documentación respaldatoria a disposición de las autoridades en el domicilio de la empresa.

Número de PM:

634-618

Nombre técnico del producto:

17-027-Reactivos

Nombre comercial:

BD BBL™ Mueller Hinton II Agar

Modelos:

N/A

Presentaciones:

Botella de plástico HDPE conteniendo 500 g.

Uso previsto:

BD BBL™ Mueller Hinton II Agar es utilizado para realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana de difusión con discos.

Período de vida útil:

4 años conservado a una temperatura de 2-25°C.

Nombre y domicilio del fabricante:

- 1) BECTON, DICKINSON & CO.
- 2) BECTON, DICKINSON & CO.

- 1) 7 LOVENTON CIR. SPARKS, MD USA 21152.
- 2) 39 Loventon Circle.

Categoría:

Uso profesional exclusivo

**LUGAR Y FECHA: Argentina, 30 agosto 2022**

Responsable Legal  
Firma y Sello

Responsable Técnico  
Firma y Sello



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 2198/22, quedando autorizada la comercialización del/los producto/s identificados en la misma.

Inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) bajo el número PM **634-618**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 30 agosto 2022 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.

Dirección de Evaluación de Registro  
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos  
Firma y Sello



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-005732-22-9