



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN
PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO - GRUPO C**

N° rev: 39-6356#0001

Nombre del Producto: Multigent Vancomycin

Nro de Registro: 39-6356

Disposición de autorización inicial: CE6356/09

Expediente de Autorización original:: 1-47-16948/08-0

MODIFICACIÓN DE	DATOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION SOLICITADA
Vida útil y condiciones de conservación	12 meses, entre 2° y 8°C	18 meses, entre 2° y 8°C

El responsable legal y su responsable técnico en nombre y representación de la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. , declaran bajo juramento lo antes declarado y son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disp. N° 2674/99, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad. En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

anmat

MARUN Jorge Luis
CUIL 20132606111

anmat

HEREDIA Maria Solana
CUIL 27350877679

Firma del Director Técnico	Firma del Representante Legal
Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 2198/22, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas.	
 BODNAR Andrea Veronica Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos Firma y Sello	 RIZZO Marcela Claudia CUIL 27169736184 Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello
Fecha de emisión: 12 mayo 2023	
 ARANDA Mariela Ines CUIL 23240846934	
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.	
N° Identificadorio Trámite: 48924	



REX Elizabeth Melina
 CUIL 27260238154