



Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
NACIÓN ARGENTINA

ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN – PM CLASE I- II

Número de revisión: 1478-95#0001

Fecha de Emisión de la Declaración revisión 00-Disposición Autorizante o su reválida:
10/10/2023

Número de PM:

1478-95

Nombre Descriptivo del producto:

Audiómetros

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

10-228 Audiómetros

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

Interacoustics

Modelos (en caso de clase II y equipos):

Affinity Compact

Luna

AC40

AD528

AD629

AS608

EquinoxEvo

Accesorios:

Teclado Touch

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

Los dispositivos son audiómetros clínicos de dos canales que se utilizan para realizar diagnósticos de pérdidas auditivas y colaborar en el diagnóstico de posibles trastornos otológicos.

Período de vida útil (si corresponde):

7 años.

Método de Esterilización (si corresponde):

N/A

Forma de presentación:

Unitaria.

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

- 1) Fabricante legal: Interacoustics A/S
- 2) Sitio de fabricación: DGS Diagnostics Sp. z. o. o.

Lugar/es de elaboración:

- 1) Audiometer Allé 1, 5500 Middelfart, Dinamarca.
- 2) Rosówek 43, 72-001 Kolbaskowo, Polonia.

En nombre y representación de la firma PAM ARGENTINA SA , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO**

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/ N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
1-EN 60601-1:2006/A1:2013 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A2:2020 IEC 60601-1-2: 2015 EN 60601-1-2: 2015+AMD1:2020 EN 60601-1-6:2010 EN 62366:2008 EN 62366-1: 2015 EN ISO 14971: 2019 IEC 60645-6:2009 IEC 60645-7:2009 EN ISO 13485:2019	--	--
2-EN 60601-1: 2006/A1:2013 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A2:2020 IEC 60601-1-2: 2015 EN 60601-1-2: 2015+AMD1:2020 EN 60601-1-6:2010 EN 62366:2008 EN 62366-1: 2015 EN ISO 14971: 2019 EN ISO 14971: 2012 IEC 60645-6:2009 IEC 60645-7:2009 EN 60601-1-6:2010+A1:2015	--	--
3-EN 60601-1: 2006/A1:2013 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A2:2020 IEC 60601-1-2: 2015 EN 60601-1-2: 2015+AMD1:2020 EN 60601-1-6:2010 EN 60601-1-6:2010+A1:2015 EN 62366:2008 EN 62366-1: 2015 EN ISO 14971: 2012 EN ISO 14971: 2019	--	--
4-EN ISO 14971: 2012 EN ISO 14971: 2019 EN 60601-1: 2006/A1:2013 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A2:2020 EN 60601-1-6: 2010	--	--

EN 60601-1-6: 2010+A1:2015 EN 62366:2008 EN 62366-1: 2015 IEC 60645-6: 2009 IEC 60645-7: 2009		
5-EN ISO 14971: 2012 EN ISO 14971: 2019 EN 60601-1: 2006/A1:2013 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A2:2020 EN 60601-1-6: 2010 EN 60601-1-6: 2010+A1:2015 EN 62366:2008 IEC 60645-6: 2009 IEC 60645-7: 2009	--	--
6-EN ISO 14971: 2012 EN ISO 14971: 2019 EN ISO 10993-1:2009 EN ISO 10993-1:2020	--	--
7-EN ISO 14971: 2012 EN ISO 14971: 2019 EN ISO 10993-1:2009 EN ISO 10993-1:2020	--	--
8-EN ISO 14971: 2012 EN ISO 14971: 2019 EN 60601-1: 2006/A1:2013 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A2:2020 EN 60601-1-6: 2010 EN 60601-1-6: 2010+A1:2015	--	--
9-EN 60601-1: 2006/A1:2013 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A2:2020 EN ISO 14971: 2012 EN ISO 14971: 2019 EN 60601-1-2: 2015 EN 60601-1-2: 2015+AMD1:2020 EN 60601-1-6: 2010+A1:2015 IEC 60645-6: 2009 IEC 60645-7: 2009	--	--
10-EN 60601-1: 2006/A1:2013 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A2:2020 IEC 60645-6: 2009 IEC 60645-7: 2009	--	--
11-N/A	--	--
12-EN ISO 14971:2012 EN ISO 14971:2019 EN 60601-1: 2006/A1:2013 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A2:2020 EN IEC 62304: 2006/A1:2015	--	--

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 04 septiembre 2025

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **PAM ARGENTINA SA** bajo el número PM **1478-95** en la Ciudad de Buenos Aires a los días 04 septiembre 2025. Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad, la cual mantendrá la vigencia que consta en la Declaración inicial revisión 00 o Disposición Autorizante o su reválida.

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-006043-25-0