



2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA  
NACIÓN ARGENTINA

**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

## ANEXO II

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II

Número de revisión: 3075-1#0001

Número de PM:

3075-1

Nombre Descriptivo del producto:

Tensiómetro Digital

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

18-326-Esfingomanómetros, Electrónicos, Automáticos

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

MONDELLO, PRODIMED, YONKER, DR AHORRO, FARMACITY, SOY, JUFEC, FARMASHOP, SELMA

Modelos (en caso de clase II y equipos):

YK-BPA3  
YK-BPA4  
YK-BPA5  
YK-BPA6  
YK-BPA7

Composición cual-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

Diseñado para medir la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y el pulso de forma automática, mediante método oscilométrico. No están diseñados como dispositivos de monitoreo, ni de diagnóstico clínico de precisión, tampoco destinados a utilizarse con recién nacidos o niños pequeños.

Período de vida útil (si corresponde):

5 años

Método de Esterilización (si corresponde):

N/A

Forma de presentación:

Por unidad

Condición de uso:

Uso sin prescripción

Nombre del fabricante:

Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd.

Lugar/es de elaboración:

1st & 2nd Floor, 6#01, 6#02, No.6 Building 1st Phase Economic Development Manufacturing Zone, LIANDO U Valley, No.6 Leye Road, Xuzhou ETDZ, 221000 Xuzhou, R.P. China

En nombre y representación de la firma PRODIMED S.R.L. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

## CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.

**DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO**

<b>ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO</b>	<b>LABORATORIO/ N° DE PROTOCOLO</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>
1) EN ISO 14971:2019/A11:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 IEC60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 EN ISO 81060-2:2019/A1:2020 EN IEC 80601-2-30:2019 EN 60601-1:2006+A1:2013+A11:2011+A12:2 EN 60601-1-11:2015 EN 60601-1-2:2015 EN 20417:2021 EN ISO 15223-1:2021 EN IEC 80601-2-30:2019 MEDDEV 2.7/1 Rev. 4	--	--
2) EN ISO 14971:2019/A11:2021 MEDDEV 2.7/1 Rev. 4	--	--
3) EN ISO 14971:2019/A11:2021	--	--
4) EN ISO 14971:2019/A11:2021	--	--
5) EN 62366-1:2015+A1:2020 IEC60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 EN 20417:2021 EN ISO 15223-1:2021 EN 60601-1:2006+A1:2013+A11:2011+A12:2014	--	--
6) EN 60601-1-11:2015 EN IEC 80601-2-30:2019 EN 60601-1-2:2015 EN ISO 14971:2019/A11:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 IEC60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 EN 20417:2021 EN ISO 15223-1:2021 EN 60601-1: 2006+A1:2013+A11:2011+A12:2014	--	--
7) EN 60601-1-11:2015 EN IEC 80601-2-30:2019 EN 60601-1-2:2015 EN ISO 14971:2019/A11:2021 ISTA 2A:2011 EN 20417:2021 EN ISO 15223-1:2021	--	--
8) EN 62366-1:2015+A1:2020 IEC60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 MEDDEV 2.12/2 Rev 2:2012 EN ISO 14971:2019/A11:2021 MEDDEV 2.7/1 Rev. 4	--	--
9) N/A	--	--
10) Directiva 2011/65/EC EN ISO 10993-1:2020	--	--

EN ISO 13485:2016 EN ISO 81060-2:2019/A1:2020 EN IEC 80601-2-30:2019 EN 20417:2021 EN ISO 15223-1:2021 EN 60601-1:2006+A1:2013+A11:2011+A12:2014 EN 60601-1-11:2015 EN 60601-1-2:2015 EN ISO 14971:2019/A11:2021		
11) EN ISO 14971:2019/A11:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 IEC60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 EN ISO 81060-2:2019/A1:2020 EN IEC 80601-2-30:2019 EN 60601-1-11:2015	--	--
12) N/A	--	--
13) N/A	--	--
14) EN ISO 14971:2019/A11:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 IEC60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 EN ISO 81060-2:2019/A1:2020 EN IEC 80601-2-30:2019 EN 60601-1-11:2015 EN 60601-1-2:2015 EN 20417:2021 EN ISO 15223-1:2021	--	--
15) EN ISO 81060-2:2019/A1:2020 EN IEC 80601-2-30:2019 EN ISO 14155:2020 EN ISO 14971:2019/A11:2021 EN 60601-1:2006+A1:2013+A11:2011+A12:2014 EN 60601-1-11:2015 EN 60601-1-2:2015	--	--
16) EN ISO 14971:2019/A11:2021 EN 62304 2006+A1:2015	--	--
17) EN ISO 81060-2:2019/A1:2020 EN IEC 80601-2-30:2019 EN ISO 14155:2020 EN ISO 14971:2019/A11:2021 EN 60601-1:2006+A1:2013+A11:2011+A12:2014 EN 60601-1-11:2015 EN 60601-1-2:2015	--	--
18) EN ISO 14971:2019/A11:2021 EN 20417:2021 EN ISO 15223-1:2021	--	--
19) N/A	--	--
20) EN ISO 14971:2019/A11:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 20417:2021 EN ISO 15223-1:2021	--	--
21) N/A	--	--

22) N/A	--	--
23) N/A	--	--

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

**LUGAR Y FECHA:** Argentina, 10 noviembre 2025

Responsable Legal  
Firma y Sello

Responsable Técnico  
Firma y Sello



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **PRODIMED S.R.L.** bajo el número **PM 3075-1**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 10 noviembre 2025 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.

Dirección de Evaluación de Registro  
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos  
Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.  
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-007309-25-7