

A.N.M.A.T.

ANEXO II DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II

	Número de revisión: 2178-58#0001
Número de PM:	
2178-58	
Nombre Descriptivo del producto:	
barbijos	
Código de identificación y nombre técnico UMDNS:	
12-447 Mascarillas	
Clase de Riesgo: Clase I	
Marca de (los) producto(s) médico(s):	
V-care	
Modelos (en caso de clase II y equipos):	
Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde)):
na	

Se utiliza para prevenir la propagación de infecciones y proteger a quien lo usa de partículas y fluidos, especialmente en entornos médicos. Están diseñados para ser una barrera física que bloquea la transmisión de bacterias, virus y otros microorganismos, reduciendo el riesgo de

Indicación/es autorizada/s:

infección tanto para el usuario como para otros

Período de vida útil (si corresponde):

na

Método de Esterilización (si corresponde):

na

Forma de presentación:

envase x 50 unidades

Condición de uso:

Uso sin prescripción

Nombre del fabricante:

WUHAN TOPMED TRADING CO., LTD

Lugar/es de elaboración:

C5-1203, Rongchuangzhigu, N° 555 Cultural Avenue, Hongshan District, Wuhan, Hubei Province, 430000, China

En nombre y representación de la firma SUTURA SRL, el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO. DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO		FECHA DE EMISIÓN
na	na	na

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 19 noviembre 2025

Responsable Legal Firma y Sello

Responsable Técnico Firma y Sello



Ministerio de Salud Secretaria de Calidad en Salud A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT Nº 9688/19, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **SUTURA SRL** bajo el número PM **2178-58**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 19 noviembre 2025 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.

Dirección de Evaluación de Registro Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos Firma y Sello



Página 4 de 4

Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación. La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-008062-25-9

Página 4 de 4

PM Número: 2178-58