



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Calidad en Salud  
A.N.M.A.T.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN  
PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO - GRUPO C**

**N° rev: 794-6253#0002**

Nombre del Producto: 1) LIAISON® TREPONEMA SCREEN ; 2) LIAISON® CONTROL TREPONEMA SCREEN


Nro de Registro: 794-6253

Disposición de autorización inicial: 735/2008; Disposiciones modificatorias 1688/2017; DI-2019-2101-APN-ANMAT#MSYDS

Expediente de Autorización original:: 1-47-24959/06-4; Modificaciones 1-47-3110-1152-16-4; 1-47-3110-7929-17-1; 1-0047-3110-001160-23-9

<b>MODIFICACION DE</b>	<b>DATOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA</b>	<b>MODIFICACION/RECTIFICACION SOLICITADA</b>
Vida útil y condiciones de conservación	Doce (12) meses, conservado entre 2°-8°C para todos los productos	1) 18 (dieciocho) meses 2) 22 (veintidos) meses Todos los productos conservados entre 2-8°C

El responsable legal y su responsable técnico en nombre y representación de la firma WM Argentina S.A. , declaran bajo juramento lo antes declarado y son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disp. N° 2674/99, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad. En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

Firma del Director Técnico	Firma del Representante Legal
<b>Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT N° 2198/22, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas.</b>	
Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos Firma y Sello	Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello
Fecha de emisión: 07 abril 2026	
	
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.	
N° Identificadorio Trámite: 76965	