



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN – PM CLASE I- II

Número de revisión: 619-73#0002

Fecha de Emisión de la Declaración revisión 00-Disposición Autorizante o su reválida: 30/5/2025

Número de PM:

619-73

Nombre Descriptivo del producto:

AUDIFONOS INTRACANALES DIGITALES

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

17-666 Aparatos auxiliares para la audición, programables

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

BELTONE

Modelos (en caso de clase II y equipos):

SER9ITC-DWC-UP,
SER9ITC-DWC-MP,
SER9ITC-DWC-LP,
SER9ITC-DWC-HP,
SER6ITC-DWC-UP,
SER6ITC-DWC-MP,
SER6ITC-DWC-LP,
SER6ITC-DWC-HP,

SER4ITC-DWC-UP,
SER4ITC-DWC-MP,
SER4ITC-DWC-LP,
SER4ITC-DWC-HP,
SER17ITC-DWC-UP,
SER17ITC-DWC-MP,
SER17ITC-DWC-LP,
SER17ITC-DWC-HP,
SER9ITC-DW-UP,
SER9ITC-DW-MP,
SER9ITC-DW-LP,
SER9ITC-DW-HP,
SER6ITC-DW-UP,
SER6ITC-DW-MP,
SER6ITC-DW-LP,
SER6ITC-DW-HP,
SER4ITC-DW-UP,
SER4ITC-DW-MP,
SER4ITC-DW-LP,
SER4ITC-DW-HP,
SER17ITC-DW-UP,
SER17ITC-DW-MP,
SER17ITC-DW-LP,
SER17ITC-DW-HP,
SER9CIC-MP,
SER9CIC-LP,
SER9CIC-HP,
SER6CIC-MP,
SER6CIC-LP,
SER6CIC-HP,
SER4CIC-MP,
SER4CIC-LP,
SER4CIC-HP,
SER17CIC-MP,
SER17CIC-LP,
SER17CIC-HP.
COM4ITC-DW-UP
COM4ITC-DW-MP
COM4ITC-DW-LP
COM4ITC-DW-HP
COM3ITC-DW-UP
COM3ITC-DW-MP
COM3ITC-DW-LP
COM3ITC-DW-HP
COM2ITC-DW-UP
COM2ITC-DW-MP
COM2ITC-DW-LP
COM2ITC-DW-HP
COM4CIC-MP
COM4CIC-LP
COM4CIC-HP

COM3CIC-MP
COM3CIC-LP
COM3CIC-HP
COM2CIC-MP
COM2CIC-LP
COM2CIC-HP

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

NO CORRESPONDE

Indicación/es autorizada/s:

Indicados para hipoacusias conductivas, mixtas y neurosensoriales leves a moderadas, leves a severas y leves a profundas.

Período de vida útil (si corresponde):

5 (cinco) años

Método de Esterilización (si corresponde):

NO CORRESPONDE

Forma de presentación:

POR UNIDAD

Condición de uso:

Uso bajo prescripción de profesional de la salud

Nombre del fabricante:

- 1) GN ReSound (Malaysia) Sdn. Bhd
 - 2) GN ReSound China Ltd.
- Encapsulado en AUDITRON SA

Lugar/es de elaboración:

- 1) No.5, Jalan i-Park 1/1 Kawasan Perindustrian i-Park 81000 Bandar Indahpura, Kulai Johor, Malasia
- 2) No.15, Chuang Xin Road, CTP Area 361006 Xiamen China

En nombre y representación de la firma AUDITRON S.A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO**

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/ N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
ISO 13485, ISO14971: puntos I) 1, 2, 3, 4, 5, 6. II) 7.1 a y b. 8.1, 7.2, 9.1, 9.2., 9.3, 12.1, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7.1, 12.7.3, 12.8.1, 12.8.2, 12.9, 12.9.1. Demás puntos no aplican	-	-

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 18 mayo 2026

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **AUDITRON S.A.** bajo el número PM **619-73** en la Ciudad de Buenos Aires a los días 18 mayo 2026

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad, la cual mantendrá la vigencia que consta en la Declaración inicial revisión 00 o Disposición Autorizante o su reválida.

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-003005-26-2