



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN – PM CLASE I- II

Número de revisión: 1174-3#0003

Fecha de Emisión de la Declaración revisión 00-Disposición Autorizante o su reválida:
26/01/2016

Número de PM:

1174-3

Nombre Descriptivo del producto:

Luces de cirugía

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

12-282 Luces de cirugía

Clase de Riesgo:

Clase I

Marca de (los) producto(s) médico(s):

MDV

Modelos (en caso de clase II y equipos):

ANTU Flat simple de techo, ANTU Flat doble de techo, ANTU Flat rodante, ANTU Bit simple de techo, ANTU Bit doble de techo, ANTU Bit Rodante, ANTU One de pared y ANTU One Rodante

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

NA

Indicación/es autorizada/s:

Iluminación de áreas de cirugía o prácticas médicas que requieren cantidad y calidad de iluminación.

Período de vida útil (si corresponde):

12 años

Método de Esterilización (si corresponde):

NA

Forma de presentación:

Por unidad

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

MDV srl

Lugar/es de elaboración:

Florencia Varela 1545 - Gerli - Partido de Avellaneda - Provincia de Buenos Aires - Argentina

En nombre y representación de la firma M.D.V. srl , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO**

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
--------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

Ensayo IEC 60601-1 y particular IEC 60601-2-41	CES N° 170203001 TM	30/10/2017
Informe de familia ANTU	Laboratorio CES	15/11/2017
Compatibilidad electromagnética	LENOR N° ART-06-19-0811	27/09/2019

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 04 mayo 2026

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **M.D.V. srl** bajo el número PM **1174-3** en la Ciudad de Buenos Aires a los días 04 mayo 2026

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad, la cual mantendrá la vigencia que consta en la Declaración inicial revisión 00 o Disposición Autorizante o su reválida.

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-003153-26-3