



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
**AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA**

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-002333-25-7

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N° 1-0047-3110-002333-25-7

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por AGIMED S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 1365-318

Nombre descriptivo: OXÍMETROS DE PULSO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
17-148. Oxímetros, de Pulsos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CONTEC

Modelos:  
CMS50D+  
CMS60C  
CMS60D1

CMS50D1  
CMS50EW

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Dispositivos no invasivos destinados a la medición puntual de la saturación de oxígeno, la hemoglobina arterial (SpO2) y la frecuencia del pulso de pacientes adultos y pediátricos en entornos domésticos y hospitalarios. Estos dispositivos poseen alarmas, pero no están diseñados para la monitorización continua de paciente.

Período de vida útil: 10 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: N/A

Nombre del fabricante:

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.

Lugar de elaboración:

No.112 Qinhuang West Street Economic & Technical Development Zone, 066004, Qinhuangdao, Hebei Province, REPUBLICA POPULAR CHINA

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1365-318 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-002333-25-7

Nº Identificador Trámite: 66868

AM

