



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-002089-23-1

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-002089-23-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por EURO SWISS S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1440-139

Nombre descriptivo: AGUJAS PARA ANESTESIA

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
12-733 Agujas, para Anestesia

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MDL

Modelos:

StimyUltra16 – Aguja E.N.S. XXGxYY mm , 16°, punta de lanceta para anestesia con prolongación luer.

AETR18035 AETR18050 AETR18070 AETR18090 AETR18100 AETR18120 AETR18150
AETR20050 AETR20090 AETR21050 AETR21070 AETR21090 AETR21100 AETR21120
AETR21150 AETR22035 AETR22050 AETR22060 AETR22070 AETR22080 AETR22090
AETR22100 AETR22120 AETR22150 AETR23030 AETR23035 AETR23050 AETR23070
AETR23090 AETR23100 AETR23120 AETR23150 AETR24025 AETR24035 AETR24050

AETR24070 AETR24100 AETR25025 AETR25030 AETR25035 AETR25050 AETR25070
AETR25100 AETR25120 AETR25150

.
StimyUltra20 – Aguja E.N.S. XXGxYY mm , 20° punta de lanceta, para anestesia por estimulación nerviosa eléctrica.

AEYR18035 AEYR18050 AEYR18070 AEYR18090 AEYR18100 AEYR18120 AEYR18150
AEYR21090 AEYR21120 AEYR21150 AEYR22050 AEYR22070 AEYR22090 AEYR22100
AEYR22120 AEYR22150 AEYR23035 AEYR23070 AEYR23100 AEYR24035

.
StimyUltra30 – Aguja E.N.S. XXGxYY mm , 30° punta de lanceta, para anestesia por estimulación nerviosa eléctrica.

AEQR18035 AEQR18050 AEQR18070 AEQR18090 AEQR18100 AEQR18120 AEQR18150
AEQR21070 AEQR21090 AEQR21100 AEQR21120 AEQR21150 AEQR22050 AEQR22070
AEQR22080 AEQR22090 AEQR22100 AEQR22120 AEQR22150 AEQR23035 AEQR23050
AEQR23070 AEQR23090 AEQR23100 AEQR23120 AEQR23150 AEQR24025 AEQR24035
AEQR24050 AEQR24070 AEQR24100 AEQR25025 AEQR25035 AEQR25050 AEQR25070
AEQR25100 AEQR25120 AEQR25150

.
StimyPlus16 – Aguja E.N.S. XXGxYY mm , 16°, punta de lanceta para anestesia y ecografía, Con prolongación luer con tornillo de banco.

AETM18035 AETM18050 AETM18070 AETM18090 AETM18100 AETM18120 AETM18150
AETM21090 AETM21120 AETM21150 AETM22050 AETM22070 AETM22090 AETM22100
AETM22120 AETM22150 AETM23035 AETM23070 AETM23100 AETM24035

.
StimyPlus30 – Aguja E.N.S. XXGxYY mm , para anestesia por E.N.S.o por eco punto corto 30° con seguro.

AEQM18035 AEQM18050 AEQM18070 AEQM18090 AEQM18100 AEQM18120 AEQM18150
AEQM21090 AEQM21120 AEQM21150 AEQM22050 AEQM22070 AEQM22090 AEQM22100
AEQM22120 AEQM22150 AEQM23035 AEQM23070 AEQM23100 AEQM24035 AEQM20120

.
StimyEcho16 – Aguja aislada para bloqueo nervioso, técnica de ultrasonido de disparo único, XXGxYY mm, bisel largo con tornillo de banco.

AETMN18035 AETMN18050 AETMN18070 AETMN18090 AETMN18100 AETMN18120
AETMN18150 AETMN21090 AETMN21120 AETMN21150 AETMN22050 AETMN22070
AETMN22090 AETMN22100 AETMN22120 AETMN22150 AETMN23035 AETMN23070
AETMN23100 AETMN24035

.
StimyEcho30 – Aguja aislada para bloqueo nervioso, técnica de ultrasonido de disparo único, XXGxYY mm, 30° bisel con seguro.

AEQMN18035 AEQMN18050 AEQMN18070 AEQMN18090 AEQMN18100 AEQMN18120
AEQMN18150 AEQMN21090 AEQMN21120 AEQMN21150 AEQMN22050 AEQMN22070
AEQMN22090 AEQMN22100 AEQMN22120 AEQMN22150 AEQMN23035 AEQMN23070
AEQMN23100 AEQMN24035

.
Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Las agujas para anestesia, de un solo uso, se utilizan para tomar muestras de líquido cefalorraquídeo o bien para inyectar anestésicos u otros medicamentos en la región espinal y epidural.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: cajas x 1 unidad, x 5 unidades, x 10 unidades, x 25 unidades, x 50 unidades, x 100 unidades.

Método de esterilización: Oxido de etileno

Nombre del fabricante:

M.D.L. SRL

Lugar de elaboración:

.

Via Tavani I/a -23014 Delebio (SO)

Italia.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1440-139 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-002089-23-1

Nº Identificador Trámite: 47222

AM