



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Certificado - Redacción libre

Número: CE-2026-95779087-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 1 de Octubre de 2026

Referencia: 1-0047-3110-004638-26-6

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-004638-26-6

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por DISPROMED COMERCIAL S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1297-99

Nombre descriptivo: Sistema de Infusión y Extracción de fluidos

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-981 Conectores, para Conectores de Infusion-Cateteres

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): BARCAT - DISPROMED

Modelos:

Tubo de Extensión:

1. Tubo de extensión con regulador de flujo (DISPROMED)
2. Tubo de extensión multilínea con aguja conector libre (doble) (DISPROMED)
3. Tubo de extensión multilínea con aguja conector libre (simple) (DISPROMED)
4. Tubo de extensión multilínea con aguja conector libre (triple) (DISPROMED)
5. Tubo de extensión bidireccional (DISPROMED)
6. Tubo de extensión con regulador de flujo (BARCAT)
7. Tubo de extensión multilínea con aguja conector libre (doble) (BARCAT)
8. Tubo de extensión multilínea con aguja conector libre (simple) (BARCAT)
9. Tubo de extensión multilínea con aguja conector libre (triple) (BARCAT)
10. Tubo de extensión bidireccional (BARCAT)
11. Tubo de extensión de alta presión. Longitud: de 10 cm a 200 cm (DISPROMED)
12. Tubo de extensión de baja presión. Longitud: de 10 cm a 200 cm (DISPROMED)
13. Tubo de extensión de alta presión. Longitud: de 10 cm a 200 cm (BARCAT)
14. Tubo de extensión de baja presión. Longitud: de 10 cm a 200 cm (BARCAT)

Cánulas intravenosas con y sin safety

15. Cánula IV con aleta suturable y tapón de puerto (catéter FEP). Calibre: de 14G a 26G (BARCAT)
16. Cánula IV con aleta suturable y tapón de puerto (catéter PUR). Calibre: de 14G a 26G (BARCAT)
17. Cánula IV sin aleta ni puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 26G (BARCAT)
18. Cánula IV sin aleta ni puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 26G (BARCAT)
19. Cánula IV con aleta suturable y tapón de puerto (catéter FEP). Calibre: de 14G a 26G (DISPROMED)
20. Cánula IV con aleta suturable y tapón de puerto (catéter PUR). Calibre: de 14G a 26G (DISPROMED)
21. Cánula IV sin aleta ni puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 26G (DISPROMED)
22. Cánula IV sin aleta ni puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 26G (DISPROMED)

Cánula intravenosa con safety

23. Cánula intravenosa de seguridad con aleta y sin puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 24G (BARCAT)
24. Cánula intravenosa de seguridad con aleta y sin puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 24G (BARCAT)
25. Cánula intravenosa de seguridad con aleta y puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 24G (BARCAT)
26. Cánula intravenosa de seguridad con aleta y puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 24G (BARCAT)
27. Cánula intravenosa de seguridad sin aleta ni puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 24G (BARCAT)
28. Cánula intravenosa de seguridad sin aleta ni puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 24G (BARCAT)
29. Cánula intravenosa de seguridad con aleta y sin puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 24G (DISPROMED)
30. Cánula intravenosa de seguridad con aleta y sin puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 24G (DISPROMED)
31. Cánula intravenosa de seguridad con aleta y puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 24G (DISPROMED)
32. Cánula intravenosa de seguridad con aleta y puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 24G (DISPROMED)
33. Cánula intravenosa de seguridad sin aleta ni puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 24G (DISPROMED)

34. Cánula intravenosa de seguridad sin aleta ni puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 24G (DISPROMED)

Cánula intravenosa sin safety

35. Cánula IV con aletas y sin puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 26G (BARCAT)

36. Cánula IV con aletas y sin puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 26G (BARCAT)

37. Cánula IV con aletas y puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 26G (BARCAT)

38. Cánula IV con aletas y puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 26G (BARCAT)

39. Cánula IV con aletas y sin puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 26G (DISPROMED)

40. Cánula IV con aletas y sin puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 26G (DISPROMED)

41. Cánula IV con aletas y puerto de inyección (catéter FEP). Calibre: de 14G a 26G (DISPROMED)

42. Cánula IV con aletas y puerto de inyección (catéter PUR). Calibre: de 14G a 26G (DISPROMED)

Llaves de paso de Tres Vías:

43. Llave de paso de tres vías (resistente a lípidos) (DISPROMED)

44. Llave de paso de tres vías (estándar) (DISPROMED)

45. Llave de paso de tres vías (resistente a lípidos) (BARCAT)

46. Llave de paso de tres vías (estándar) (BARCAT)

Llave de paso de tres vías con tubo de extensión.

47. Llave de paso de tres vías con tubo de extensión. Tamaño: de 10 cm a 200 cm. (BARCAT)

48. Llave de paso de tres vías con tubo de extensión. Tamaño: de 10 cm a 200 cm. (DISPROMED)

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Administración de líquidos intravenosos, soporte nutricional intravenoso, toma de muestras de sangre repetida, mantener la hidratación y/o corregir la hidratación si el paciente no puede tomar volumen suficiente de líquidos orales.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No Aplica

Forma de presentación: Envase por 1-10-25-50-100-200-300- 500-1000 unidades

Método de esterilización: EtO

Nombre del fabricante:

Polybond India Pvt. Ltd.

Lugar de elaboración:

Gat No. 1088, Pimple Jagtap Link Road, Sanaswadi, Tal Shirur, Dist Pune, Maharashtra, 412208 – INDIA

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1297-99 , con una vigencia cinco (5)

años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-004638-26-6

Nº Identificador Trámite: 79127

AM

Digitally signed by FONTANA Luis Eduardo
Date: 2026.10.01 11:14:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LUIS EDUARDO FONTANA
Administrador Nacional
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica