

Ministerio de Salud Secretaria de Calidad en Salud A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN

N° rev: 651-509#0002

El Instituto Nacional de Productos Médicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Boston Scientific Argentina S.A., se autoriza la modificación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), del PM 651-509 aprobado según:

Disposición autorizante N° 5161/20 de fecha 16 julio 2020 Disposiciones modificatorias y reválidas N°: N/A

Del siguiente/s dato/s característico/s:

DATO IDENTIFICATOR IO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	M006192111080 5F (1,67mm) X 10cm M006192112080 5F (1,67mm) X 12cm M006192113080 5F (1,67mm) X 14cm M006192114080 5F (1,67mm) X 16cm M006192115080 5F (1,67mm) X 30cm M006192120080 5F (1,67mm) X 20cm M006192121080 5F (1,67mm) X 22cm M006192122080 5F (1,67mm) X 24cm M006192123080 5F (1,67mm) X 26cm M006192124080 5F (1,67mm) X 28cm M006192125080 5F (1,67mm) X 18cm M006192130080 6F (2,0mm) X 20cm M006192131080 6F (2,0mm) X 22cm M006192132080 6F (2,0mm) X 24cm M006192133080 6F (2,0mm) X 24cm M006192134080 6F (2,0mm) X 26cm M006192135080 6F (2,0mm) X 28cm M006192135080 6F (2,0mm) X 20cm M006192135080 6F (2,0mm) X 20cm M006192135080 6F (2,0mm) X 20cm	M0061921110 5Fr x 10cm M0061921120 5Fr x 12cm M0061921130 5Fr x 14cm M0061921140 5Fr x 16cm M0061921150 5Fr x 18cm M0061921200 5Fr x 20cm M0061921210 5Fr x 22cm M0061921220 5Fr x 24cm M0061921230 5Fr x 26cm M0061921240 5Fr x 28cm M0061921250 5Fr x 30cm M0061921300 6Fr x 20cm M0061921310 6Fr x 22cm M0061921310 6Fr x 24cm M0061921320 6Fr x 24cm M0061921330 6Fr x 26cm M0061921340 6Fr x 28cm M0061921340 6Fr x 28cm M0061921350 6Fr x 30cm M0061921400 7Fr x 20cm

	M006192141080 7F (2,3mm) X 22cm	
	M006192142080 7F (2,3mm) X 24cm	M0061921410 7Fr x 22cm
	M006192143080 7F (2,3mm) X 26cm	M0061921420 7Fr x 24cm
	M006192144080 7F (2,3mm) X 28cm	M0061921430 7Fr x 26cm
	M006192145080 7F (2,3mm) X 30cm	M0061921440 7Fr x 28cm
	M006192150080 8F (2,7mm) X 20cm	M0061921450 7Fr x 30cm
	M006192151080 8F (2,7mm) X 22cm	M0061921500 8Fr x 20cm
	M006192152080 8F (2,7mm) X 24cm	M0061921510 8Fr x 22cm
	M006192153080 8F (2,7mm) X 26cm	M0061921520 8Fr x 24cm
	M006192154080 8F (2,7mm) X 28cm	M0061921530 8Fr x 26cm
	M006192155080 8F (2,7mm) X 30cm	M0061921540 8Fr x 28cm
	M006192152010 8F (2,7mm) X 24cm	M0061921550 8Fr x 30cm
	M006192140010 7F (2,3mm) X 20cm	
Nombre del	Boston Scientific Corporation Marina Bay Cust, Fulfillment Center	Roston Scientific Corporation
fabricante	oust. I diffirm out out to	Doston Scientific Corporation
Lugar de	500 Commander Shea Boulevard,	2546 Calle Primera, Propark, El
elaboración	Quincy, MA 02171, Estados Unidos	Coyol, Alajuela, COSTA RICA 20904

Quedando el producto inscripto con los siguientes datos característicos:

Nombre descriptivo: Juego de stent ureteral

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS): 16-040 Endoprótesis (Stents), ureterales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Polaris™ Ultra

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Se han diseñado para facilitar el drenaje desde el riñón hacia la vejiga a través de su implantación mediante endoscopía o fluoroscopía o a través de una intervención quirúrgica abierta realizada por un médico con la formación necesaria.

```
Modelos: M0061921110 5Fr x 10cm
M0061921120 5Fr x 12cm
M0061921130 5Fr x 14cm
M0061921140 5Fr x 16cm
M0061921150 5Fr x 18cm
M0061921200 5Fr x 20cm
M0061921210 5Fr x 22cm
M0061921220 5Fr x 24cm
M0061921230 5Fr x 26cm
M0061921240 5Fr x 28cm
M0061921250 5Fr x 30cm
M0061921300 6Fr x 20cm
M0061921310 6Fr x 22cm
M0061921320 6Fr x 24cm
M0061921330 6Fr x 26cm
M0061921340 6Fr x 28cm
M0061921350 6Fr x 30cm
M0061921400 7Fr x 20cm
M0061921410 7Fr x 22cm
M0061921420 7Fr x 24cm
```

Página 2 de 4

M0061921430 7Fr x 26cm M0061921440 7Fr x 28cm M0061921450 7Fr x 30cm M0061921500 8Fr x 20cm M0061921510 8Fr x 22cm M0061921520 8Fr x 24cm M0061921530 8Fr x 26cm M0061921540 8Fr x 28cm M0061921550 8Fr x 30cm

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: 1 envase conteniendo: 1 Stent ureteral, 1 Guía urológica, 1 Catéter

Método de esterilización: Esterilizado por Óxido de Etileno

Nombre del fabricante: Boston Scientific Corporation

Lugar de elaboración: 2546 Calle Primera, Propark, El Coyol, Alajuela, COSTA RICA 20904

AUTORIZADO

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT Nº 64/25 y 9688/19, esta Administración autoriza las modificaciones solicitadas en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 24 octubre 2025.

Dirección Evaluación y Registro de Productos Médicos Firma y Sello Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página de ANMAT. Este certificado no modifica el período de vigencia.

Fecha de emisión: 24 octubre 2025

Página 3 de 4

Página 3 de 4

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 72052

Página 4 de 4