



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Secretaría de Gobierno de Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II

Número de revisión: 0

Número de PM:

2478-1

Nombre Descriptivo del producto:

Sistema de cuantificación de la capacidad cognitiva mediante seguimiento ocular

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

16-902 Interfaces para computadora

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

ViewMind

Modelos (en caso de clase II y equipos):

EyeExplorer Screening & Assessment / EyeExplorer Neurocognitive Evaluations

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

EyeExplorer está previsto para la cuantificación de la capacidad cognitiva de una persona mediante el análisis de los movimientos oculares, para detectar cambios mínimos en su desempeño a través del tiempo.

EyeExplorer permite evaluar capacidades cognitivas y alteraciones en las mismas, provocadas por diversas enfermedades neuropsiquiátricas y neurodegenerativas (por ej. esquizofrenia, depresión mayor, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson).

Período de vida útil (si corresponde):

N/A

Método de Esterilización (si corresponde):

N/A

Forma de presentación:

Unitaria

Condición de venta:

Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Nombre del fabricante:

Viewmind S.A.

Lugar/es de elaboración:

Av. Belgrano 758, Ciudad de Sunchales, Santa Fe, Argentina.

En nombre y representación de la firma Viewmind S.A. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 4306/99, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en los Anexos III.B y III.C del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004) y Disposición ANMAT N° 727/13.

CUMPLIMIENTO DE R.E.S.E. DISPOSICIÓN ANMAT N° 4306/99 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
IEC 62304:2006 + A1:2015	Informe LENOR N°NKV-06-19-2031	28/06/2019

ISO 14971:2012	RPP 090101 Informe de Gestión de Riesgos de Producto - EyeExperimenter Rev.0	25/06/2019
----------------	--	------------

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 727/13, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 10 julio 2019

Responsable Legal
Firma y Sello

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 727/13 y N°5706/17, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **Viewmind S.A.** bajo el número PM **2478-1**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 10 julio 2019 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Dirección Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-003402-19-6