



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

## ANEXO II

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II

Número de revisión: 00

Número de PM:

647-269

Nombre Descriptivo del producto:

Balanzas adultos con pesas

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

10-264 Balanzas, Mecánicas

Clase de Riesgo:

Clase I

Marca de (los) producto(s) médico(s):

Detecto

Modelos (en caso de clase II y equipos):

2371-Balanza de médico, con haz de pesaje, 180kg x 100g.; 2371S-Balanza de médico, de acero inoxidable, con haz de pesaje, 180kg x 100g.; 2371UN-Balanza de médico, con haz de pesaje, 180kg x 100g.; 2381-Balanza de médico, con haz de pesaje, 180kg x 100g, tallímetro mecánico y ruedas; 2391-Balanza de médico, con haz de pesaje, 180kg x 100g, con tallímetro mecánico; 2391m-Balanza de medico métrica, con tallímetro en milímetros; 2391S-Balanza de médico, de acero inoxidable, con haz de pesaje, 180kg x 100g, y tallímetro mecánico; 2392-Balanza de médico, con haz de pesaje, 220kg x 50g, con contrapeso y tallímetro en milímetros; 2392S-Balanza de médico de acero inoxidable, con haz de pesaje, 220kg x 50g, con contrapeso y tallímetro en milímetros; 2471-Balanza de médico, 180kg x 100g, con apoya manos; 248-Balanza de médico, 160kg con apoya mano, ruedas y tallímetro mecánico; 2491-Balanza de medico con haz de pesaje, 180kg x 100g, tallímetro mecánico y apoya manos; 2491UN-Balanza de médico, 180kg x 100g.; 249UN-Balanza de médico, 350lb x 4oz.; 337-Balanza de médico, con haz de pesaje, 400lb x 4oz/175kg x 100g.; 337S- Balanza de médico, de acero inoxidable, con haz de pesaje, 400lbx4oz/175kg x 100g.; 338-Balanza de médico, con haz de pesaje, 400lb x 4oz/175kg x 100g, con ruedas y tallímetro mecánico; 338M-Balanza de médico, con haz de pesaje, 180kg x

50g, con ruedas y tallímetro mecánico en milímetros; 339-Balanza de médico, con haz de pesaje, 400lb x 4oz/175kg x 100g, y tallímetro mecánico; 339S-Balanza de médico, de acero inoxidable con haz de pesaje, 400lb x 4oz/175kg x 100g y tallímetro mecánico; 349-Balanza de médico, con haz de pesaje, 400lb x 4oz/175kg x 100g, tallímetro mecánico, y apoya manos; 437-Balanza de médico, con haz de pesaje, 400lb x 4oz.; 437S-Balanza de médico de acero inoxidable, con haz de pesaje, 400lb x 4oz.; 438-Balanza de médico, con haz de pesaje, 400lb x 4oz, tallímetro mecánico y ruedas; 439-Balanza de médico, con haz de pesaje, 400lb x 4oz y tallímetro mecánico; 439S- Balanza de médico, de acero inoxidable, haz de pesaje, 400lb x 4oz y tallímetro; 447-Balanza de médico, 400lb x 4oz con apoya manos; 448-Balanza de medico con haz de pesaje, tallímetro mecánico, ruedas y apoya manos, 400lb x 4oz.; 449-Balanza de médico, con haz de pesaje, tallímetro mecánico y apoya manos, 400lb x 4 oz.; 449S-Balanza de médico de acero inoxidable, con apoya manos y tallímetro mecánico; 475- Balanza forma de silla, con haz de pesaje, 400lb x 4oz.; 4751-Balanza forma de silla, con haz de pesaje, 400lb x 4oz/175kg x 100g.; 485-Balanza de médico, con haz de pesaje y rampa para silla de rueda, 350lb x 4oz.; 4851-Balanza de médico, con haz de pesaje y rampa para silla de ruedas, 160kg x 100g.; 495-Balanza para silla de ruedas, fija, con haz de pesaje, 400lb x 4oz.; 4951-Balanza para silla de ruedas, fija, con haz de pesaje, 180kg x 100g.

Accesorios: MHR-Tallímetro mecánico detecto para balanza modelo PD300.; MHRCM- Tallímetro mecánico detecto en centímetros para PD300.

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

Las balanzas son instrumentos de precisión indicados para obtener el peso tanto en niños como en adultos.

Período de vida útil (si corresponde):

N/A

Método de Esterilización (si corresponde):

N/A

Forma de presentación:

Una unidad con sus accesorios.

Condición de venta:

Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Nombre del fabricante:

CARDINAL SCALE MFG. CO.

Lugar/es de elaboración:

203 EAST DAUGHERTY, PO BOX 151, Webb City, MO USA 64870.

En nombre y representación de la firma PROPATO HNOS S.A.I.C , el responsable legal y el

responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N° 4306/99, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en los Anexos III.B y III.C del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004) y Disposición ANMAT N° 727/13.

CUMPLIMIENTO DE R.E.S.E. DISPOSICIÓN ANMAT N° 4306/99 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
N/A	-	-

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 727/13, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad. En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

**LUGAR Y FECHA: Argentina, 14 febrero 2018**

Responsable Legal  
Firma y Sello

Responsable Técnico  
Firma y Sello



**Ministerio de Salud**  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las

previsiones de la Disposición ANMAT N° 727/13 y N°5706/17, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **PROPATO HNOS S.A.I.C** bajo el número PM **647-269**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 14 febrero 2018 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.

Dirección de Evaluación de Registro  
Firma y Sello

Dirección Nacional de Productos Médicos  
Firma y Sello

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-000903-18-6