

Ministerio de Salud Secretaria de Calidad en Salud A.N.M.A.T.

ANEXO II DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II

Número de revisión: 849-36#0001

Número de PM:

849-36

Nombre Descriptivo del producto:

Venda autoadherente

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

10-276 Vendajes, Apositos adhesivos

Clase de Riesgo:

Clase I

Marca de (los) producto(s) médico(s):

SYRA

Modelos (en caso de clase II y equipos):

Venda autoadherente en distintas presentaciones de ancho y largo

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

manto no tejido elastico con un recubrimiento libre de latex que le otorga propiedades cohesivas Indicación/es autorizada/s:

Vendaje de soporte para esguinces y distenciones. recubrimiento para entablillados, ferulas. vendaje de compresion. contencion para otros productos medicos absorbentes.

Período de vida útil (si corresponde):

3 años

Método de Esterilización (si corresponde):

N/A

Forma de presentación:

rollo de 2.5 cm por 4.5 m rollo de 5 cm por 4.5 m rollo de 7.5 cm por 4.5 m rollo de 10 cm por 4.5 m rollo de 12 cm por 4.5 m

Condición de uso:

Uso sin prescripción

Nombre del fabricante:

Laboratorio SYRA S.A

Lugar/es de elaboración: Sarmiento 2731, San Fernando, Buenos Aires, Argentina

En nombre y representación de la firma Laboratorio SYRA S.A , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO. DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE	LABORATORIO/N° DE	FECHA DE
RIESGO	PROTOCOLO	EMISIÓN
Citotoxicidad	Liveon Biolabs	26/03/2021

Sensibilidad dermica	Liveon Biolabs	06/05/2021
Analisis de Riesgo	Lab SYRA	13/05/2025

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 24 julio 2025

Responsable Legal Firma y Sello

Responsable Técnico Firma y Sello



Ministerio de Salud Secretaria de Calidad en Salud A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT Nº 9688/19, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **Laboratorio SYRA S.A** bajo el número PM **849-36**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 24 julio 2025 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.

Dirección de Evaluación de Registro Firma y Sello

Instituto Nacional de Productos Médicos Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación. La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-004872-25-1