



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II

Número de revisión: 647-564#0001

Número de PM:

647-564

Nombre Descriptivo del producto:

Procesador de imagen para endoscopia médica

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

18-034 Procesadores de Imágenes de Video, para Endoscopia

Clase de Riesgo:

Clase II

Marca de (los) producto(s) médico(s):

Lynmou

Modelos (en caso de clase II y equipos):

VC-1600, VC-1600Pro, VC-1600Elite; VC-880, VC-880Pro, VC-880Elite; VC-800; VC-800Pro, VC-800Elite

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

El procesador de imagen se utiliza en conjunto con la fuente de luz y un videoendoscopio. El procesador recibe señales de imagen a través del cable de comunicación de la fuente de luz, y

las decodifica, procesa y las emite a un monitor, para poder visualizarlas en directo durante los procedimientos endoscópicos quirúrgicos.
Este dispositivo debe ser operado por un médico o por personal médico capacitado en técnicas endoscópicas.

Período de vida útil (si corresponde):

10 años a partir de su primero uso.

Método de Esterilización (si corresponde):

N/A

Forma de presentación:

Procesador de imagen: Por unidad.

Condición de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

Hangzhou Lynmou Medical Technology Co., Ltd.

Lugar/es de elaboración:

Room 501, Building 2, No. 68 Dakang Road, Qingshanhu Street, Lin'an District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China.

En nombre y representación de la firma PROPATO HNOS S.A.I.C. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO**

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORI	FECH
--	-------------------	-------------

	O/N° DE PROTOCOLO	A DE EMISIÓN
1-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 MEDDEV 2.7.1 Rev.4 EN ISO 13485:2016+A11:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 2-ISO 14971: 2019+ A1:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 MEDDEV 2.7.1 Rev.4 3-EN ISO 14971:2019+ A1: 2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015 +A2:2021 4-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 14971:2019+ A1: 2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015 +A2:2021 EN ISO 13485:2016+A11:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 5-EN ISO 14971:2019+ A1: 2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 MEDDEV 2.7.1 Rev.4 EN ISO 13485:2016+A11:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 6-EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015 +A2:2021 MEDDEV 2.7.1 Rev.4 EN ISO 13485:2016+A11:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 7-ASTM D4169:2016 EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 8-EN ISO 14971:2019+ A1:2021 MEDDEV 2.7.1 Rev.4 9-N/A 10; 10.1-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021	-	-

EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 MEDDEV 2.7.1 Rev.4 EN ISO 13485:2016+A11:2021 10.2-EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN ISO 13485:2016+A11:2021 ISO 13485 ASTM D4169:2016 ISO 15223-1:2021 ISO 20417 2021+AC:2013 10.3-EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015 +A2:2021 EN ISSO 13485:2016+A11:2021 ISO 13485 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 10.4-N/A 10.5-EN ISO 13485:2016+A11:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 10.6-N/A 11;11.1-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 11.2-EN ISO 13485:2016+A11:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 11.3; 11.4; 11.5-N/A 12-N/A 13-N/A 14; 14.1-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 14.2-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020		
--	--	--

EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 14.3-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 14.4-ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 14.5-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 14.6-EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015 +A2:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 14.7-N/A 15-N/A 16;16.1-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015 +A2:2021 16.2; 16.3; 16.4-N/A 17; 17.1-EN 62304:2006+A1:2015/IEC 62304:2006+A1:2015 17.2-EN ISO 14971:2019+ A1: 2021 EN 62304:2006+A1:2015/IEC 62304:2006+A1:2015 17.3; 17.4-N/A 18; 18.1-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 18.2-N/A 18.3-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 18.4-N/A 18.5-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN ISO 13485:2016+A11:2021 18.6-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 13485:2016+A11:2021 EN ISO 14971:2019+ A1: 2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 18.7-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 13485:2016+A11:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021		
--	--	--

18.8-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN 62304:2006+A1:2015/IEC 62304:2006+A1:2015 19-N/A 20; 20.1-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 14971:2019+ A1: 2021 EN ISO 13485:2016+A11:2021 20.2-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN ISO 13485:2016+A11:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015 +A2:2021 20.3-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 EN ISO 13485:2016+A11:2021 20.4-N/A 20.5-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 20.6-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 EN ISO 13485:2016+A11:2021 EN ISO 14971:2019+ A1:2021 21; 21.1-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 21.2-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 21.3-EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 EN 60601-1-2:2014+A1:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 EN 62366-1:2015+A1:2020 EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 22; 22.1-EN ISO 14971:2019+ A1:2021 ISO 15223-1:2021 ISO 20417:2021 EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021		
---	--	--

EN 60601-1-2:2014+A1:2021		
EN 62366-1:2015+A1:2020		
EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021		
ISO 15223-1:2021		
ISO 20417:2021		
EN ISO 13485:2016+A11:2021		
22.2; 22.3- N/A		
23; 23.1-EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021		
ISO 20417:2021		
EN ISO 15223-1:2021		
EN 62366-1:2015		
ISO 15223-1:2021		
ISO 20417:2021		
EN ISO 14971:2019+ A1:2021		
23.2-ISO 20417:2021		
EN ISO 15223-1:2021		
EN 60601-1:2006+A1:2013+ A2:2021 & EN 60601-1-2:2014+A1:2021		
EN ISO 14971:2019+ A1:2021		
23.3-N/A		
23.4-ISO 20417:2021		
EN ISO 15223-1:2021		

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 28 agosto 2026

Firmado digitalmente por: GOMEZ
CARATTO Pablo Andres
Fecha y hora: 28.08.2026 02:33:17

Responsable Legal
Firma y Sello

Firmado digitalmente por:
DANIELE Gustavo Fabian
Fecha y hora: 28.08.2026
02:34:32

Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **PROPATO HNOS S.A.I.C.** bajo el número PM **647-564**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 28 agosto 2026 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.



BODNAR Andrea Veronica
CUIL 27254978472


Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Firmado digitalmente por:
TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 14.09.2026 13:33:59

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-000528-26-0



OCAMPO
Sebastian
Alejandro
CUIL
20263321732