



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II

Número de revisión: 97-109#0001

Número de PM:

97-109

Nombre Descriptivo del producto:

SILLAS DE RUEDAS MANUALES

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

16-949 Sillas de Ruedas, Mecánicas

Clase de Riesgo:

Clase I

Marca de (los) producto(s) médico(s):

SILFAB; ZENTEC; FIDES; DAYANG MEDICAL

Modelos (en caso de clase II y equipos):

DY01961LB

DY01958LBCJ

DY01606LQ

DY01809EH

DY01809AH

DY01809E

DY01809

DY01902C

DY01901

DY01909B

DY01903
DY01903PQ-46
DY01904BD
DY01413(10)
DY01903(6)LQ
DY01903GC
DY01976A(2)BEJ
DY01951AC-56
DY01951B-56
DY01951(2)BJ(R)-56
DY01951(2)BJ(R)-60
DY01951LAJSW-51
DY01951LAJSW-56
DY01879LAJ(R)
DY01957LAB(R)-60

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

Dispositivos de propulsión manual, con ruedas laterales, diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión, enfermedad física (paraplejía, tetraplejía, etc.) o psicológica /psiquiátrica.

Período de vida útil (si corresponde):

7 años a partir de puesta en servicio

Método de Esterilización (si corresponde):

N/A

Forma de presentación:

Por Unidad

Condición de uso:

Uso sin prescripción

Nombre del fabricante:

GUANGDONG DAYANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.,

Lugar/es de elaboración:

Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District 528234 Foshan, Guangdong, CHINA.

En nombre y representación de la firma SILVESTRIN FABRIS S.R.L. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el

presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO**

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
6.1 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 ISO 7176-1:2014 ISO 7176-3:2012 ISO 7176-5:2008 ISO 7176-7:1998 ISO 7176-8:2014 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021		
6.2 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 ISO 7176-1:2014 ISO 7176-3:2012 ISO 7176-5:2008 ISO 7176-7:1998 ISO 7176-8:2014	-----	-----
6.3 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 ISO 7176-1:2014 ISO 7176-3:2012 ISO 7176-5:2008 ISO 7176-7:1998 ISO 7176-8:2014		
6.4 NO APLICABLE – Producto de uso No estéril		

6.5 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021 6.6 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 6.7 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 ISO 7176-1:2014 ISO 7176-3:2012 ISO 7176-5:2008 ISO 7176-7:1998 ISO 7176-8:2014 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021 6.8 NO APLICABLE - No posee software 6.9 NO APLICABLE - No posee función de diagnóstico o medición 6.10 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021 6.11 NO APLICABLE - No emite radiaciones 6.12 ISO 14971:2019 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021 6.13 NO APLICABLE - No posee materiales de origen biológico 7.1 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 ISO 7176-1:2014 ISO 7176-3:2012 ISO 7176-5:2008 ISO 7176-7:1998 ISO 7176-8:2014 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021 7.2 NO APLICABLE - No emite radiaciones 7.3 NO APLICABLE - No es implantable 7.4 NO APLICABLE - No suministra energía		
--	--	--

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 20 agosto 2026

Firmado digitalmente por:
SILVESTRIN Mario Federico
CUIL 20258381646

Responsable Legal
Firma y Sello

FONTANA
Diego
Alejandro

Responsable Técnico
Firma y Sello

Firmado digitalmente
por FONTANA Diego
Alejandro
Fecha: 2026.08.20
17:18:44 -03'00'



Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **SILVESTRIN FABRIS S.R.L.** bajo el número PM **97-109**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 20 agosto 2026 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.



BODNAR Andrea Veronica
CUIL 27254978472
Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello

Firmado digitalmente por:
TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 01.09.2026 10:43:10

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-006265-26-1

Lic. Laura Gabriela Peduto
ANMAT
Cuit 27-21981963-9
Fecha y hora: 24.08.2026 15:42:11



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494