



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

ANEXO II
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD INICIAL – PM CLASE I- II

Número de revisión: 97-112#0001

Número de PM:

97-112

Nombre Descriptivo del producto:

CAMA HOSPITALARIA MANUAL

Código de identificación y nombre técnico UMDNS:

10-357, Camas, Mecánicas

Clase de Riesgo:

Clase I

Marca de (los) producto(s) médico(s):

SILFAB; ZENTEC; FIDES; FUDA

Modelos (en caso de clase II y equipos):

A-1,
A-2,
A-2-1,
A-2-2,
A-2-3,
A-2-4,
A-3,
A-3-1,
A-4,
A-5,

A-6,
A-7,
A-8,
A-9,
A-9-1,
A-9-2,
A-10,
A-10-1,
A-10-2

Composición cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

N/A

Indicación/es autorizada/s:

Está diseñada para el reposo de pacientes bajo cuidados clínicos.

Período de vida útil (si corresponde):

10 años

Método de Esterilización (si corresponde):

N/A

Forma de presentación:

Por unidad

Condición de uso:

Uso sin prescripción

Nombre del fabricante:

Hebei Fuda Metal Working Medical Equipment Co. Ltd.

Lugar/es de elaboración:

N° 821 Fentai, Ansu Town, Xushui County, 071500 Hebei Province, CHINA.

En nombre y representación de la firma SILVESTRIN FABRIS S.R.L. , el responsable legal y el responsable técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo, satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempeño de Productos Médicos por la Disposición ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposición de la Autoridad Sanitaria la documentación técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposición ANMAT N° 64/25 y Disposición ANMAT N° 9688/19.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO.
DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO	LABORATORIO/N° DE PROTOCOLO	FECHA DE EMISIÓN
6.1 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 EN 60601-2-52:2010/AC:2011 IEC 62366-1:2015 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021		
6.2 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 EN 60601-2-52:2010/AC:2011 IEC 62366-1: 2015		
6.3 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 EN 60601-2-52:2010/AC:2011 IEC 62366-1: 2015		
6.4 NO APLICABLE – Producto de uso No estéril		
6.5 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021	-----	-----
6.6 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019		
6.7 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 EN 60601-2-52:2010/AC:2011 IEC 62366-1: 2015 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021		
6.8 NO APLICABLE - No posee software		
6.9 NO APLICABLE - No posee función de diagnóstico o		

medición		
6.10 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021		
6.11 NO APLICABLE - No emite radiaciones		
6.12 ISO 14971:2019 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021		
6.13 NO APLICABLE - No posee materiales de origen biológico		
7.1 ISO 13485:2016 ISO 14971:2019 EN 60601-2-52:2010/AC:2011 IEC 62366-1: 2015 ISO 20417: 2021 ISO 15223-1:2021		
7.2 NO APLICABLE - No emite radiaciones		
7.3 NO APLICABLE - No es implantable		
7.4 NO APLICABLE - No suministra energía		
7.5 NO APLICABLE - No incorpora medicamento o fármaco		

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 31 agosto 2026

Firmado digitalmente
por: SILVESTRI
Mario Federico
CUIL 20258381646

Responsable Legal
Firma y Sello

FONTANA
Diego
Alejandro

Firmado digitalmente
por FONTANA Diego
Alejandro
Fecha: 2026.09.02
14:55:37 -03'00'
Responsable Técnico
Firma y Sello



Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
A.N.M.A.T.

La presente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la Disposición ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (R.P.P.T.M.) a favor de **SILVESTRIN FABRIS S.R.L.** bajo el número PM **97-112**

Se autoriza la comercialización del/los producto/s identificados en la presente declaración de conformidad en la Ciudad de Buenos Aires a los días 31 agosto 2026 la cual tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha.

Lic. Laura Gabriela Peduto
ANMAT
Cuit 27-21981963-9
Fecha y hora: 08.09.2026 14:45:38



BODNAR Andrea Veronica
CUIL 27254978472

Dirección de Evaluación de Registro
Firma y Sello



ABRIOLA Leticia Adriana
CUIL 27323186494

Firmado digitalmente por:
TERRIZZANO Maria Lorena
Fecha y hora: 14.09.2026 10:00:06

Instituto Nacional de Productos Médicos
Firma y Sello



Código "N°rev legajo#version" vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificación.
La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-006610-26-0